



smatsa

NA 800-30/189

08 JUN 2021

**ПОЈАШЊЕЊЕ (1) ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НЕЗЈН 15/21**

На основу питања постављених од стране заинтересованих лица за набавку на коју се Закон о јавним набавкама не примењује НЕЗЈН 15/21 Потрошни санитарски материјал, достављамо појашњење позива за подношење понуда.

---

**Питање 1:**

Naime u nazivu sanitetskog materijala u specifikaciji za pomenutu stavku navedeno je:

6.Батерија – IntelliSense Литијум батерија за automated external defibrillator

A u oznaci:

Powerheart AED G3 E Cardiac Science REF 9131- LOT 10452-099

Naime opisana baterija ima REF (odnosno kataloski broj) 9146-302, dok navedeni kataloski broj imaju elektrode za navedeni defibrillator. S obzirom na veliku razliku u ceni izmedju elektroda i baterija molimo da izmenite dokumentaciju i date pojasnjenje koji Vam je tacno artikal potreban.

U skladu sa tim molimo i produzenje roka za podnosenje ponuda.

**Одговор 1:**

На основу постављеног питања врши се измена Позива за достављање понуда и продужава рок за доставу понуда.

Службеник за јавне набавке